

SISTEMI COMPLETI PER CHIRURGIA DELLA CATARATTA E VITREORETINICA E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTI ALL’ASL DI TERAMO. CRITERI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA MAX 80 PUNTI	
PUNTEGGIO QUALITATIVO LOTTO N. 1	
LOTTO 1 PUNTO 1: APPARECCHIATURE: MAX 50 PUNTI	
FLUIDICA: fluidica attiva IOP control	6,00
EROGAZIONE ENERGIA: longitudinale e torsoniale	8,00
PUNTA FACO:punta monouso CURVA	6,00
VITRECTOMIA ANTERIORE:vitrectomo anteriore diametro massimo 23G ad alta velocità di almeno 4000cpm	2,00
ASPIRAZIONE:parametri di vuoto ed aspirazione differenti per tutte le fasi del pedale	4,00
SICUREZZA: sistema di controllo dell'interruzione anomala dell'irrigazione	2,00
SERVIZIO ASSISTENZA: numero di tecnici a disposizione e tempi di intervento	2,00
PROVA PRATICA: efficacia rimozione del cristallino, facilità di utilizzo	20,00
TOTALE PUNTEGGIO	50,00
LOTTO 2 PUNTO 2: MATERIALE DI CONSUMO: MAX 30 PUNTI	
Valutazione tecnica della rispondenza ai requisiti (qualità dei materiali, qualità della lavorazione e grado di finitura dei taglienti	15,00
Valutazione dell’ergonomia e facilità di impiego	15,00
TOTALE PUNTEGGIO	30,00
TOTALE PUNTEGGIO LOTTO 1	80,00
PUNTEGGIO QUALITATIVO LOTTO N. 2	
FLUIDICA: fluidica attiva IOP control automatico	10,00

VITRECTOMIA: Possibilità di programmare cicli diversi per l'apertura e la chiusura della porta del vitrectomo, sistema pneumatico di apertura e chiusura della porta del vitrectomo	20,00
LASER: stato solido, duplicato, doppia uscita sonda laser	4,00
QUALITA' dei materiali monouso dedicati per la vitrectomia ed accessori	10,00
EROGAZIONE energia FACO longitudinale e torsoniale, longitudinale	6,00
PUNTA FACO: monouso curva	5,00
PROVA PRATICA: efficacia rimozione del vitreo e del cristallino, facilità di utilizzo	25,00
TOTALE PUNTEGGIO	80,00
PUNTEGGIO QUALITATIVO LOTTO N. 3	
VALUTAZIONE TECNICA preliminare: Valutazione tecnica della rispondenza ai requisiti (qualità dei materiali, qualità della lavorazione e grado di finitura dei taglienti ed aghi	40,00
PROVA PRATICA: Valutazione dell'ergonomia e facilità di impiego	40,00
TOTALE PUNTEGGIO	80,00
PUNTEGGIO QUALITATIVO LOTTO N. 4	
VALUTAZIONE TECNICA: Valutazione tecnica della rispondenza ai requisiti (qualità dei materiali, qualità della lavorazione e grado di finitura dei contenitori, tecniche di purificazione e sterilizzazione adottate)	40,00
PROVA PRATICA: Qualità ed ergonomia di impiego	40,00
TOTALE PUNTEGGIO	80,00