

**Procedura aperta, finalizzata alla conclusione di accordo quadro, per la fornitura di materiali sanitari di endoscopia per le esigenze dell'ASL di Teramo
n. gara Simog 7131075**

Avviso del 3.10.2018 ex art. 74, comma 4, del D.Lgs. 50/2016

Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara sono pregati di prendere visione del presente documento nella sua interezza

Si avvisa che, a seguito di comunicazione presentata in data odierna da un operatore economico interessato a partecipare alla gara in oggetto, si provvede ad integrare come segue la risposta al quesito n. 17 pubblicata nei chiarimenti del 26.9.2018 in quanto riportata in modo incompleto nel documento finale, per mero errore materiale.

QUESITO N. 17

Al fine di identificare il prodotto più idoneo da offrire allo spettabile ente in indirizzo si chiede di conoscere diametro e lunghezza dello scovolino richiesto per i lotti 81-82.....

RISPOSTA

Lotto 81-82: per quanto riguarda l'ecoendoscopio è necessario uno scovolino compatibile con un canale che va da 1mm a 1,5mm e di lunghezza 2400 mm. Per tutti gli altri strumenti endoscopici sono necessari scovolini compatibili con canali che vanno da 2mm a 4,2 mm e lunghezza 2002 mm.

----- 0 -----

In ogni caso, si ricorda a tutti gli operatori economici che sarà data applicazione al principio generale di equivalenza di cui all' art. 68, commi 7 e 8 de D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., più volte richiamato nella documentazione di gara ed alla quale si fa espresso rinvio.

Teramo, 3.10.2018

Il Direttore della U.O.C. Acquisizione beni e servizi
Responsabile del procedimento
(f.to Dott. Vittorio D'Ambrosio)